



Број: 2040/8

Дана: 03. 09. 2018.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије за јавне набавке бр. 2040/6 од 31. 08. 2018. године, директор Института, доноси:

О Д Л У К У **о додели уговора**

Институт за плућне болести Војводине, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. **ЈН ОП 12/2018**, Уговор о јавној набавци добара / **САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР ЗА АНЕСТЕЗИЈУ**, обликовано по партијама од 1 до 20, додељује понуђачима и то:

"**APTUS**" д.о.о. Београд, ул. Радомира Марковића бр. 43, за партије бр. **1 и 12**

"**V.Braun Adria RSRB**" д.о.о. Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 14, за партију бр. **16**

"**MEDI RAY**" д.о.о. Београд, ул. Шуматовачка бр 48, за партије бр. **5, 6 и 7**

"**DENTA VP PHARM**" д.о.о. Београд, ул. Јужни булевар бр 19, за партије бр. **14 и 15**

"**BIOTEC MEDICAL**" д.о.о. Београд, ул. Ресавска бр. 2, за партију бр. **20**

"**Arena Meding**" д.о.о. Београд, ул. Драгачевска бр. 13 А, за партију бр. **2**

"**NEOMEDICA**" д.о.о. Нови Сад, ул. Косовска бр. 25, за партије бр. **3, 9 и 10**

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац је дана 05. 07. 2018. године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 2040/1, за јавну набавку добара / **САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР ЗА АНЕСТЕЗИЈУ**, обликовано по партијама од 1 до 20, редни број **ЈН ОП 12/2018**.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 10. 07. 2018. године објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 11 (једанаест) понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 2040/6 од 31. 08. 2018. године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке су добра / **САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР ЗА АНЕСТЕЗИЈУ**, обликовано по партијама од 1 до 20, ЈН ОП 12/2018.

2. Процењена вредност јавне набавке, без ПДВ-а укупно и посебно по партијама:

Процењена вредност јавне набавке, без ПДВ-а укупно износи 6.923.000,55 динара.

Процењена вредност јавне набавке посебно по партијама без ПДВ-а износи и то:

Партија број	НАЗИВ ПАРТИЈЕ	Процењена вредност без ПДВ-а
1	POTROŠNI MATERIJAL ZA APARATE ZA ANESTEZIJU	1.143.250,00
2	SPECIFIČAN POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT ZA ANESTEZIJU: CARESTATION 650	106.486,40
3	ELEKTROSTATIČKI FILTER ZA ZAŠTITU APARATA ZA ANESTEZIJU	11.300,00
4	ENDOTRAHEALNI TUBUSI - I	15.600,00
5	ARMIRANI ENDOTRAHEALNI TUBUSI	72.000,00
6	DVOLUMENSKI TUBUS ZA BRONHIJALNU INTUBACIJU	205.920,00
7	DVOLUMENSKI TUBUS ZA BRONHIJALNU INTUBACIJU (CARLENS-ov tubus)	954.560,00
8	JEDNOLUMENSKI BRONHIJALNI TUBUS	62.080,00
9	OROFARINGEALNI "AIRWAY" - POLIETILENSKI	5.340,00
10	I – GEL LARINGEALNA MASKA (i – gel supraglotični "airway")	10.500,00
11	REBRASTI NASTAVAK CREVA (tzv. LULICA)	49.460,00
12	KATETERI ZA MONITORING	3.012.000,00
13	TROKRAKA INFUZIONA SLAVINICA	47.200,00
14	NAVLAKE – NATKOLENE ZA MEHANIČKU KOMPRESIJU NOGU	335.432,83
15	POKRIVAČ ZA GREJANJE PACIJENTA TOPLIM VAZDUHOM POKRIVAČ (ČEBE) ZA GREJANJE PACIJENTA	88.160,00
16	SET ZA EPIDURALNU ANESTEZIJU	50.000,00
17	KANILE	231.000,00
18	KISEONIČNA TERAPIJA	214.361,32
19	INFUZIONI SETOVI ZA ALARIS VOLUMETRIJSKU PUMPU	196.000,00
20	DVOLUMENSKI TUBUS ZA BRONHIJALNU INTUBACIJU (WHITE tubus)	112.350,00

3. Основни подаци о понуђачима:

За предметну јавну набавку поднето је 11 (једанаест) понуда и то:

"APTUS" д.о.о. 11 222 Београд, ул. Радомира Марковића бр. 43, за партије бр. 1 и 12
Број под којим је понуда заведена: 2353/1

Датум и час пријема понуде: 08. 08. 2018. год. у 09⁰⁴ часова

"OMNI MEDIKAL" д.о.о. 11 070 Нови Београд, ул. Аутопут 13, Блок 53, за партије бр. 4, 5 и 9

Број под којим је понуда заведена: 2384/1

Датум и час пријема понуде: 09. 08. 2018. год. у 09²⁰ часова

"MEDISAL" д.о.о. 11 271 Сурчин – Београд, ул. Скојевска бр. 23, за партије бр. 3 и 18

Број под којим је понуда заведена: 2386/1

Датум и час пријема понуде: 09. 08. 2018. год. у 09²² часова

"B.Braun Adria RSRB" д.о.о. 11 070 Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 14, за партију бр. 16

Број под којим је понуда заведена: 2387/1

Датум и час пријема понуде: 09. 08. 2018. год. у 09²³ часова

"MEDI RAY" д.о.о. 11 000 Београд, ул. Шуматовачка бр 48, за партије бр. 5, 6 и 7

Број под којим је понуда заведена: 2388/1

Датум и час пријема понуде: 09. 08. 2018. год. у 09²⁴ часова

"DENTA VP PHARM" д.о.о. 11 000 Београд, ул. Јужни булевар бр 19, за партије бр. 14 и 15

Број под којим је понуда заведена: 2389/1

Датум и час пријема понуде: 09. 08. 2018. год. у 09²⁵ часова

"BIOTEC MEDICAL" д.о.о. 11 000 Београд, ул. Ресавска бр. 2, за партије бр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17 и 20

Број под којим је понуда заведена: 2390/1

Датум и час пријема понуде: 09. 08. 2018. год. у 09²⁶ часова

"Agena Meding" д.о.о. 11 000 Београд, ул. Драгачевска бр. 13 А, за партију бр. 2

Број под којим је понуда заведена: 2393/1

Датум и час пријема понуде: 09. 08. 2018. год. у 09²⁷ часова

SINOFARM" д.о.о. 11 160 Београд, ул. Косте Нађа бр. 31, за партије бр. 4 и 5

Број под којим је понуда заведена: 2395/1

Датум и час пријема понуде: 09. 08. 2018. год. у 09²⁷ часова

Intrex" д.о.о. 21 000 Нови Сад, ул. Далматинска бр. 17, за партију бр. 19

Број под којим је понуда заведена: 2405/1

Датум и час пријема понуде: 09. 08. 2018. год. у 13¹⁰ часова

"NEOMEDICA" д.о.о. 21 000 Нови Сад, ул. Косовска бр. 25, за партије бр. 3, 9, 10, 11 и 18

Број под којим је понуда заведена: 2415/1

Датум и час пријема понуде: 10. 08. 2018. год. у 08³⁶ часова

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

- Понуда понуђача "MEDISAL" д.о.о. Сурчин – Београд за партију бр. 3 - ELEKTROSTATIČKI FILTER ZA ZAŠTITU APARATA ZA ANESTEZIJU, одбија се као неприхватљива, јер је неодговарајућа из разлога што не испуњава потпуно све захтеване техничке

карактеристике односно не испуњава све захтеве из техничке спецификације за предметну партију. На основу достављеног каталога установљено је следеће:

- Понуђено добро има мртав простор 32 ml, а наручилац је у техничким спецификацијама захтевао мртав простор 60 ml.
- Понуђено добро је тежине 23 g, а наручилац је у техничким спецификацијама захтевао тежину од 27-30 g.

Понуђена цена без ПДВ-а:10.900,00 динара.

▪ Понуда понуђача "BIOTEC MEDICAL" д.о.о. Београд за партију бр. 3 - ELEKTROSTATIČKI FILTER ZA ZAŠTITU APARATA ZA ANESTEZIJU, одбија се као неприхватљива, јер је неодговарајућа из разлога што не испуњава потпуно све захтеване техничке карактеристике, односно не испуњава све захтеве из техничке спецификације за предметну партију. На основу достављеног каталога установљено је следеће:

- Понуђено добро има мртав простор 26 ml, а наручилац је у техничким спецификацијама захтевао мртав простор 60 ml.
- Понуђено добро је тежине 22 g, а наручилац је у техничким спецификацијама захтевао тежину од 27-30 g.

Понуђена цена без ПДВ-а:8.500,00 динара.

▪ Понуда понуђача "OMNI MEDIKAL" д.о.о. Нови Београд за партију бр. 4 - ENDOTRAHEALNI TUBUSI - I одбијена је као неприхватљива, јер је неодговарајућа из разлога што не испуњава потпуно све захтеване техничке карактеристике, односно не испуњава све захтеве из техничке спецификације за предметну партију. На основу достављеног каталога комисија је установила следеће:

- Понуђено добро за ставку бр. 1 је дужине 296mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 360mm (+/- 0,5cm)
- Понуђено добро за ставку бр. 2 је дужине 305mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 360mm (+/- 0,5cm)
- Понуђено добро за ставку бр. 3 је дужине 315mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 380mm (+/- 0,5cm)
- Понуђено добро за ставку бр. 4 је дужине 320mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 380mm (+/- 0,5cm)
- Понуђено добро за ставку бр. 5 је дужине 330mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 390mm (+/- 0,5cm)
- Понуђено добро за ставку бр. 6 је дужине 330mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 390mm (+/- 0,5cm)

Понуђена цена без ПДВ-а:14.400,00 динара.

▪ Понуда понуђача "BIOTEC MEDICAL" д.о.о. Београд за партију бр. 4 - ENDOTRAHEALNI TUBUSI - I одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђена цена без ПДВ-а, прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуђена цена без ПДВ-а:34.080,00 динара.

▪ Понуда понуђача "SINOFARM" д.о.о. Београд за партију бр. 4 - ENDOTRAHEALNI TUBUSI - I одбијена је као неприхватљива, јер је неодговарајућа. Комисија је након испитивања достављених узорака утврдила да понуђена добра не поседују функционалне карактеристике за примену у клиничкој пракси, јер се на крају анестезије при покушају екстубације јављају проблеми са издувавањем CUFF-а.

Понуђена цена без ПДВ-а:10.080,00 динара.

▪ Понуда понуђача "OMNI MEDIKAL" д.о.о. Нови Београд за партију бр. 5 - ARMIRANI ENDOTRAHEALNI TUBUSI одбијена је као неприхватљива, јер је неодговарајућа из разлога што не испуњава потпуно све захтеване техничке карактеристике, односно не испуњава све захтеве из техничке спецификације за предметну партију. На основу достављеног каталога комисија је установила следеће:

- Понуђено добро за ставку бр. 1 је дужине 305mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 320mm (+/- 0,5)
- Понуђено добро за ставку бр. 2 је дужине 315mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 330mm (+/- 0,5)
- Понуђено добро за ставку бр. 3 је дужине 325mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 340mm (+/- 0,5)
- Понуђено добро за ставку бр. 4 је дужине 330mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 350mm (+/- 0,5)
- Понуђено добро за ставку бр. 5 је дужине 335mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 360mm (+/- 0,5)
- Понуђено добро за ставку бр. 6 је дужине 335mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 365mm (+/- 0,5)

Понуђена цена без ПДВ-а:32.000,00 динара.

▪ Понуда понуђача "BIOTEC MEDICAL" д.о.о. Београд за партију бр. 5 - ARMIRANI ENDOTRAHEALNI TUBUSI одбијена је као неприхватљива, јер је неодговарајућа из разлога што не испуњава потпуно све захтеване техничке карактеристике, односно не испуњава све захтеве из техничке спецификације за предметну партију. На основу достављеног каталога комисија је установила следеће:

- Понуђено добро за ставку бр. 1 је дужине 326mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 320mm (+/- 0,5)
- Понуђено добро за ставку бр. 3 је дужине 349mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 340mm (+/- 0,5)
- Понуђено добро за ставку бр. 6 је дужине 384mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 365mm (+/- 0,5cm)

Понуђена цена без ПДВ-а:38.000,00 динара.

▪ Понуда понуђача "SINOFARM" д.о.о. Београд за партију бр. 5 - ARMIRANI ENDOTRAHEALNI TUBUSI одбијена је као неприхватљива, јер је неодговарајућа. Комисија је након

испитивања достављених узорака утврдила да понуђена добра не поседују функционалне карактеристике за примену у клиничкој пракси, јер се на крају анестезије при покушају екстубације јављају проблеми са издувавањем CUFF-а.

Понуђена цена без ПДВ-а:31.120,00 динара.

▪ Понуда понуђача "BIOTEC MEDICAL" д.о.о. Београд за партију бр. 6 - DVOLUMENSKI TUBUS ZA BRONHIJALNU INTUBACIJU одбијена је као неприхватљива, јер је неодговарајућа из разлога што не испуњава потпуно све захтеване техничке карактеристике, односно не испуњава све захтеве из техничке спецификације за предметну партију. На основу достављеног узорка за предметну партију и достављеног каталога комисија је установила да понуђено добро нема polyuretanski cuff, а Наручилац је поменути карактеристику јасно и прецизно захтевао у техничкој спецификацији за све ставке предметне партије.

Понуђена цена без ПДВ-а:140.700,00 динара.

▪ Понуда понуђача "BIOTEC MEDICAL" д.о.о. Београд за партију бр. 7 - DVOLUMENSKI TUBUS ZA BRONHIJALNU INTUBACIJU (CARLENS-ov tubus) одбијена је као неприхватљива, јер је неодговарајућа из разлога што не испуњава потпуно све захтеване техничке карактеристике, односно не испуњава све захтеве из техничке спецификације за предметну партију. На основу достављеног узорка за предметну партију и достављеног каталога комисија је установила да понуђено добро нема polyuretanski cuff, а Наручилац је поменути карактеристику јасно и прецизно захтевао у техничкој спецификацији за све ставке предметне партије.

Понуђена цена без ПДВ-а:636.500,00 динара.

▪ Понуда понуђача "BIOTEC MEDICAL" д.о.о. Београд за партију бр. 8 - JEDNOLUMENSKI BRONHIJALNI TUBUS одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђена цена без ПДВ-а, прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуђена цена без ПДВ-а:80.620,00 динара.

▪ Понуда понуђача "OMNI MEDIKAL" д.о.о. Нови Београд за партију бр. 9 - OROFARINGEALNI "AIRWAY" - POLIETILENSKI одбијена је као неприхватљива, јер је неодговарајућа из разлога што не испуњава потпуно све захтеване техничке карактеристике, односно не испуњава све захтеве из техничке спецификације за предметну партију. На основу достављеног каталога комисија је установила следеће:

- Понуђено добро за ставку бр. 1 је дужине 90mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 80mm
- Понуђено добро за ставку бр. 2 је дужине 100mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 90mm
- Понуђено добро за ставку бр. 3 је дужине 110mm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 100mm

Понуђена цена без ПДВ-а:4.800,00 динара.

- Понуда понуђача "BIOTEC MEDICAL" д.о.о. Београд за партију бр. 9 - OROFARINGEALNI "AIRWAY" - POLIETILENSKI одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђена цена без ПДВ-а, прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуђена цена без ПДВ-а:6.240,00 динара.

- Понуда понуђача "BIOTEC MEDICAL" д.о.о. Београд за партију бр. 11 - REBRASTI NASTAVAK CREVA (tzv. LULICA) одбијена је као неприхватљива, јер је неодговарајућа из разлога што не испуњава потпуно све захтеване техничке карактеристике, односно не испуњава све захтеве из техничке спецификације за предметну партију. Увидом у достављени каталог утврђено је да се у каталогу не налазе подаци о подесивој дужини већ само дужина понуђеног добра која износи 15cm, а наручилац је у техничким спецификацијама захтевао подесиву дужину од 70mm - 160mm.

Понуђена цена без ПДВ-а:27.000,00 динара.

- Понуда понуђача "NEOMEDICA" д.о.о. Нови Сад за партију бр. 11 - REBRASTI NASTAVAK CREVA (tzv. LULICA) одбијена је као неприхватљива, јер је неодговарајућа из разлога што не испуњава потпуно све захтеване техничке карактеристике, односно не испуњава све захтеве из техничке спецификације за предметну партију. На основу достављеног каталога утврђено је да је подесива дужина понуђеног добра од 70mm - 150mm, а наручилац је у техничким спецификацијама захтевао подесиву дужину од 70mm - 160mm.

Понуђена цена без ПДВ-а:49.460,00 динара.

- Понуда понуђача "BIOTEC MEDICAL" д.о.о. Београд за партију бр. 17 - KANILE одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђена цена без ПДВ-а, прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуђена цена без ПДВ-а:259.600,00 динара.

- Понуда понуђача "NEOMEDICA" д.о.о. Нови Сад за партију бр. 18 - KISEONIČNA TERAPIJA одбијена је као неприхватљива, јер је неодговарајућа из разлога што не испуњава потпуно све захтеване техничке карактеристике, односно не испуњава све захтеве из техничке спецификације за предметну партију. Понуђач за ставку бр. 6 предметне партије није доставио документ из кога се види да је понуђено добро резистентно на минимум 6 група микроба.

Понуђена цена без ПДВ-а:214.333,80 динара.

- Понуда понуђача "MEDISAL" д.о.о. Сурчин – Београд за партију бр. 18 - KISEONIČNA TERAPIJA одбијена је као неприхватљива, јер је неодговарајућа из разлога што не испуњава потпуно све захтеване техничке карактеристике, односно не испуњава све захтеве из техничке спецификације за предметну партију. На основу достављеног каталога Комисија је установила следеће:

- Понуђено добро за ставку бр. 1 је дужине 150cm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 1,8-2,2m

- Понуђено добро за ставку бр. 3 је дужине 210cm, док је наручилац у техничким спецификацијама захтевао дужину 1,8m

Понуђена цена без ПДВ-а: 199.510,00 динара.

- Понуда понуђача Intrex" д.о.о. Нови Сад за партију бр. 19 - INFUZIONI SETOVI ZA ALARIS VOLUMETRIJSKU PUMPU одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђена цена без ПДВ-а, прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуђена цена без ПДВ-а: 203.000,00 динара.

5. Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена:

./.

6. Начин примене методологије доделе пондера:

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**.

Ранг листа понуђача

Комисија констатује да су прихватљиве понуде доставили понуђачи:

САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР ЗА АНЕСТЕЗИЈУ, објављено по партијама од 1 до 20, ЈИП 12/2018			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Наручилац (Менаџерски уговор)
Редни број партије	Назив партије	Процењена вредност (М.л. партија)	Понуђена цена без ПДВ*	Понуђена цена без ПДВ*	Понуђена цена без ПДВ*	Понуђена цена без ПДВ*	Понуђена цена без ПДВ*	Понуђена цена без ПДВ*	Понуђена цена без ПДВ*	Понуђена цена без ПДВ*	Понуђена цена без ПДВ*	Понуђена цена без ПДВ*	
1	POTROŠNI MATERIJAL ZA APARATE ZA ANESTEZIJU	1.143.250,00	1.143.200,00										1.143.200,00
2	SPECIFIČAN POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT ZA ANESTEZIJU (CARESTATION 050)	106.486,40							53.384,00				53.384,00
3	ELEKTROSTATIČKI FILTER ZA ZAŠTITU APARATA ZA ANESTEZIJU	11.300,00			10.000,00				8.500,00			11.300,00	11.300,00
4	ENDOTRAHEALNI TUBUSI - I	15.600,00	14.000,00						14.080,00	10.080,00			0,00
5	ARMIRANI ENDOTRAHEALNI TUBUSI	72.000,00	32.000,00				60.000,00		38.000,00	31.120,00			68.900,00
6	DVOLUMENSKI TUBUS ZA BRONHIJALNU INTUBACIJU	205.920,00					205.920,00		143.750,00				205.920,00
7	DVOLUMENSKI TUBUS ZA BRONHIJALNU INTUBACIJU (SALIN)	854.560,00					854.560,00		684.500,00				854.560,00
8	JEDNOLUMENSKI BRONHIJALNI TUBUS	62.080,00							49.520,00				0,00
9	OROFARINGEALNI "AIRWAY" - POLIETILENSKI	5.340,00		5.000,00					6.290,00				5.040,00
10	I - GEL LARINGEALNA MASKA (I - gel supraglotična "sekal")	10.500,00										10.500,00	10.500,00
11	REBRASTI NASTAVAKI CREVA (IZ LULICA)	49.460,00							47.000,00				47.435,00
12	KATETERI ZA MONITORING	3.012.000,00	3.011.250,00										3.011.250,00
13	TROKRAKA INFUZIIONA SLAVINICA	47.200,00											0,00
14	NAVLAKE - NATKOLENE ZA MEHANIČKU KOMPRESIJU NOGU	335.432,83						334.000,00					334.000,00
15	POKRYVAČ ZA GREJANJE PROJEKTA, TUPIM VAZUOPROMOKLJIVAC (OSB) ZA GREJANJE PROJEKTA	88.160,00						88.100,00					88.160,00
16	SET ZA EPIDURALNU ANESTEZIJU	50.000,00				50.000,00							50.000,00
17	KANILE	231.000,00							229.000,00				0,00
18	KISELONICNA TERAPIJA	214.361,32			190.510,00								0,00
19	INFUZIONI SETOVI ZA ALARIS VOLUMETRIJSKU PUMPU	196.000,00										203.000,00	0,00
20	DVOLUMENSKI TUBUS ZA BRONHIJALNU INTUBACIJU (WHITE lube)	112.350,00							112.300,00				112.350,00

NEODGOVARAJUĆA PONUDA
 NEPRIHVATLJIVA PONUDA - PONUĐENA CENA JE VIŠA OD PROCEŃENE VREDNOSTI

7. Назив понуђача коме се додељује уговор:

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци добара / **САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР ЗА АНЕСТЕЗИЈУ, ЈН ОП 12/2018** додели понуђачима и то:

"**APTUS**" д.о.о. Београд, ул. Радомира Марковића бр. 43, за партије бр. 1 и 12

"**V.Braun Adria RSRB**" д.о.о. Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 14, за партију бр. 16

"**MEDI RAY**" д.о.о. Београд, ул. Шуматовачка бр 48, за партије бр. 5, 6 и 7

"**DENTA VP PHARM**" д.о.о. Београд, ул. Јужни булевар бр 19, за партије бр. 14 и 15

"**BIOTEC MEDICAL**" д.о.о. Београд, ул. Ресавска бр. 2, за партију бр. 20

"**Arena Meding**" д.о.о. Београд, ул. Драгачевска бр. 13 А, за партију бр. 2

"**NEOMEDICA**" д.о.о. Нови Сад, ул. Косовска бр. 25, за партије бр. 3, 9 и 10

Комисија констатује да за партије бр. 4, 8, 11, 17, 18 и 19 није добила ниједну прихватљиву понуду и предлаже да се обустави поступак јавне набавке за предметне партије.

Комисија констатује да за партију бр. 13 није добила ниједну понуду и предлаже да се обустави поступак јавне набавке за предметну партију.

8. Вредност уговора о јавној набавци:

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)	Понуђена цена (са ПДВ-ом)
1	" APTUS " д.о.о. Београд	4.154.450,00	4.985.340,00
2	" V.Braun Adria RSRB " д.о.о. Београд	50.000,00	55.000,00
3	" MEDI RAY " д.о.о. Београд	1.229.380,00	1.352.318,00
4	" DENTA VP PHARM " д.о.о. Београд	422.160,00	506.592,00
5	" BIOTEC MEDICAL " д.о.о. Београд	112.350,00	123.585,00
6	" Arena Meding " д.о.о. Београд	53.384,00	64.060,80
7	" NEOMEDICA " д.о.о. Нови Сад	26.840,00	31.704,00

Директор Института је прихватио предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

За Наручиоца



ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

проф. др с.н.м. Илија Андријевић